



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

## RESPOSTA A RECURSO INTERPOSTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 112/2020  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2020  
RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**

A pregoeira do Município de Papagaios, designada pela Portaria nº 002 de 02 de janeiro de 2020, tempestivamente, julga e responde o recurso interposto pela licitante **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**, com as seguintes razões de fato e de direito:

Alega a recorrente que discorda da decisão que declarou vencedora a empresa ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA., porque o equipamento ofertado por ela não atendeu as exigências previstas no edital.

Afirma ainda que:

Comprova-se aqui que, se a PHILIPS foi desclassificada, a ALFA MED também deveria ter sido desclassificada. Mas a PHILIPS sequer deveria ter sido desclassificada por apresentar tecnologia superior à ALFA MED, independente do tamanho de monitor disponível, já que possui maior área ÚTIL e que será realmente utilizada pelo usuário.

Ao final, requereu o provimento do recurso apresentado para anular a decisão que declarou vencedora a empresa ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA.

Os demais licitantes tomaram ciência do recurso interposto, momento em que a licitante ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA. apresentou contrarrazões, alegando em síntese, que o equipamento ofertado atende todas as especificações em exigência ao edital e que o equipamento da recorrente é que não seria compatível ao exigido.

Face aos argumentos apresentados, faz-se as seguintes considerações:

Considerando que as questões trazidas pela recorrente são relativas ao objeto, para esclarecimento da situação, o recurso foi encaminhado ao setor responsável para análise e emissão de parecer, o que foi feito pelo Sr. Danilo Lopes Santana, Secretário de Saúde, nos seguintes termos:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

Considerando o recurso apresentado acerca do pregão presencial 060\2020, e analisando as especificações do aparelho vencedor da licitação, observamos que as especificações técnicas não atendem ao descritivo, uma vez que cita no catalogo o item: "Monitor com back light de LED de alta resolução, 1280 x 1024 pixels, 19" com braço articulado" o tamanho não atende ao solicitado, e consta como opção: "Monitor de alta resolução 21" e/ou 23"., o que não é o descrito no edital de licitação, que seria de LED, a descrição "alta resolução" abrange outras tecnologias inferiores a descrita.

Sendo assim o item vencedor do pregão 060\2020 não atende ao edital de licitação.

Sendo só para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Danilo Lopes Santana  
Secretário Municipal de Saúde

Pelas razões expendidas, com base no parecer técnico apresentado, decido conhecer do recurso para no mérito, dar-lhe provimento. Submeto a referida decisão à autoridade superior.

Papagaios, 27 de novembro de 2020.

**Márcia Aparecida de Faria**  
Pregoeira