

ILMO (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS - MG

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 PREGÃO
PRESENCIAL Nº 021/2021**

ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA., ora Recorrente, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.405.384/0001-49, com sede à Rua Hum, 80 A – Distrito Industrial Genesco Aparecido Oliveira, em Lagoa Santa / MG, vem, respeitosamente à presença de V.Sa., apresentar **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO**, interposto pela sociedade **MEDX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com fulcro no artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/02, pelos fatos e fundamentos que ora passa a aduzir:

I – DA TEMPESTIVIDADE

A sessão do pregão se deu no dia 29 de março de 2021 (segunda-feira), data em que a Recorrente manifestou sua intenção de recurso, sendo seu prazo vencido no dia 01 de abril de 2021 (quinta-feira)

Desta feita, tem-se que o prazo fatal para apresentar contrarrazões se dará no dia 07 de abril de 2021 (quarta-feira).

Assim sendo, inconteste a tempestividade das presentes contrarrazões.

II – DAS INFUNDADAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

A Recorrente, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento do certame apresentou recurso, alegando, em apertada síntese, que o equipamento de ultrassonografia ofertado pela Recorrida não atende às especificações do edital, nos seguintes pontos:

- HD INTERNO SSD
- SOFTWARE STRAIN
- SOFTWARE ELASTOGRAFIA DE MAMAS E TIREÓIDE
- DA POSSIBILIDADE DE ENVIO E COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS PARA O SMARTPHONE DO PACIENTE

Recebemos
07/04/2021
Quiana

- 1.000.000 DE CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO
- DO MONITOR DE LED DE 21”

Em que pese o esforço da Recorrente, suas alegações não tem o condão de abalar o acertado ato praticado por V.Sa, conforme restará cabalmente demonstrado.

III – ATENDIMENTO AO DESCRITIVO TÉCNICO

HD interno com capacidade SSD integrado de 500GB:

Nobre Pregoeira, foi oferecido, na proposta entregue pela Alfa Med HD interno com memória de 1TB e não como foi dito pela Recorrente “Disco rígido de 1TB”.

Flagrante a distorção fática, com o fito último de levar V.Sa., a laborar em manifesto erro, trocando inclusive o termo utilizado pela Recorrente de HD para Disco Rígido, uma vez que o SSD não é susceptível à vibração mecânica, ao contrário do Disco Rígido, que não foi citado pela Recorrida em sua proposta.

Será oferecido pela Recorria, portanto, um HD com capacidade SSD de 1TB, conforme solicitado em edital.

Segue abaixo, parte extraída da nossa proposta:

DICOM 3.0 completo (Media Storage, Verification, Print, Storage / Commitment, Query / Retrieve, MPPS, Structured Reporting, Worklist, etc....)

HD interno com memória de 1TB.

Software STRAIN:

Como pode ser visto na proposta apresentada foi oferecido o Eco de Estresse integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário e junto à ele encontra-se o software de Eco de Strain, utilizado para análise da função cardíaca através de pressões diastólica e sistólica do strain miocárdico, o qual auxilia o profissional no diagnóstico de isquemia miocárdica.

Ambos são oferecidos como um pacote de cardiologia, portanto será entregue, conforme solicitado em edital: “Software Stress Echo e Strain”...

Software de Elastografia:

Como pode ser observado na proposta apresentada pela Alfa Med, foi oferecido sim o Software de Elastografia integrado ao equipamento, e este poderá ser utilizado para exames de mama, tireóide, fígado e demais órgãos, uma vez que através dele é possível mensurar as propriedades elásticas dos tecidos explorados, permitindo assim uma medida direta da elasticidade dos mesmos, portanto, pode ser utilizado em diversos órgãos do corpo humano, onde poderá ser observado através de mapas de elasticidade dos tecidos, áreas mais densas e áreas menos densas, através de diferentes colorações. Portanto não procede o recurso apresentado.

Possibilidade de envio e compartilhamento de imagens e vídeos do equipamento, através de rede se, fio (wi-fi), direto para o smartphone do paciente.

A proposta apresentada pela Alfa Med apresenta: Sono Air – modulo Wi-Fi integrado ao equipamento, cujo se assemelha ao próprio software Hello Mom, oferecido no equipamento HS70A através da recorrente MEDX. O que fica claro quanto ao atendimento do que foi exigido em edital.

Mínimo de 1.000.000 canais digitais de processamento

Foi oferecido na proposta apresentada pela Alfa Med 1.835.008 canais digitais, atendendo, portanto, ao exigido em edital.

A recorrente alega que foi oferecido por nós em um SUPOSTO processo do Hospital de Caridade de São Roque, um equipamento semelhante, porém com número de canais digitais inferior de 180.512, ora de qual processo e qual cidade estão se referindo? Apontamento esse inespecífico e sem embasamento para método de comparação.

Frise-se que referida alegação não corresponde, assim como as demais trazidas na peça recursal, com a realidade, tornando-se injuriosas, difamatórias e com o único propósito de tumultuar o procedimento perfeitamente conduzido pelo V.Sa.

Monitor LED no mínimo de 21”

Foi oferecido na proposta da Alfa Med monitor de 23", LCD colorido com back light com LED, portanto há no monitor a tecnologia exigida de LED, cujo será entregue no equipamento.

Neste diapasão, inconteste que o bem ofertado pela Recorrida, atendente plenamente o disposto no edital e mesmo se alguma dúvida restasse no espírito de V.Sa., o que apenas se admite para argumentar, poderia ser sanada por mera diligência, conforme disposto no instrumento convocatório, senão vejamos:

20.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

IV – TUMULTO AO PROCEDIMENTO

Nobre pregoeiro, observa-se sem muito esforço, que todas as alegações lançadas no recurso são de ordem técnica e facilmente dirimidas pela leitura da documentação apresentada pela Recorrida em cotejo com o instrumento convocatório.

Não é admissível que a Recorrente conhecedora do mercado, não seja capaz de identificar o atendimento ao edital estampado de forma crassa.

Desta feita, inconteste intenção e tumultuar o feito.

V – DOS PEDIDOS

Face ao exposto, vem, respeitosamente à presença de V.Sa., requerer que se digne a negar provimento ao recurso, conformando o ato que declarou vencedora a Recorrida.

R. Deferimento

Lagoa Santa, 06 de abril de 2021.

LEDIANE ALVES

PINHEIRO:00401

249670

ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA

Assinado de forma digital

por LEDIANE ALVES

PINHEIRO:00401249670

Dados: 2021.04.07

12:53:51 -03'00'